

アクアストリーム包装仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、血液濃縮器アクアストリームにつきまして、下記の通り包装仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。



今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

2022年9月23日に発生した台風15号の影響で、外部協力会社の工場が被災したため、包装材料が生産できない状況となっております。つきましては、安定供給をはかるため、包装仕様を一時的に変更致します。尚、本仕様変更による製品自体の変更はございません。

変更前	変更後
	
透明 ノッチ位置 下	乳白色 ノッチ位置 上

対象規格

販売名：アクアストリーム

医療機器承認番号：21400BZZ00061000

品名	品番	JANコード
アクアストリーム AS11	JK-HCAS11	4987494192106
アクアストリーム AS04	JK-HCAS04	4987494197644

変更開始時期

2022年11月生産品より変更

以上