

## フロースター包装仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、持続緩徐式血液濾過器フロースターにつきまして、下記の通り包装仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。



今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 変更内容

2022年9月23日に発生した台風15号の影響で、外部協力会社の工場が被災したため、包装材料が生産できない状況となっております。つきましては、安定供給をはかるため、包装仕様を一時的に変更致します。尚、本仕様変更による製品自体の変更はございません。

変更前	変更後
	
透明 ノッチ位置 下	乳白色 ノッチ位置 上

#### 対象規格

販売名：フロースター

医療機器承認番号：22000BZX01650000

品名	品番	JANコード
フロースター-0.4 ドライ	JH-FS04DP	4987494075614
フロースター-0.8 ドライ	JH-FS08DP	4987494075621
フロースター-1.1 ドライ	JH-FS11DP	4987494075638
フロースター-1.5 ドライ	JH-FS15DP	4987494075645

#### 変更開始時期

2022年11月生産品より変更

以上