



人と医療のあいだに…

## ソフトーク超立体マスク（一部規格）仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社取り扱いのソフトーク超立体マスク（一部規格）につきまして、下記の通り仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白




記

### 変更理由

製造業者より仕様変更の連絡があった為、変更致します。

### 変更内容

変更箇所	変更前	変更後
<天面> 「超立体」 グラデーションの変更		
「製品特長」 位置変更 ※内容に変更はありません。	表示位置：中心、下側 <ul style="list-style-type: none"><li>●息ラクラク口元の空間</li><li>●やわらか素材の耳かけ</li></ul>	表示位置：左下側 <ul style="list-style-type: none"><li>●息ラクラク口元の空間</li><li>●やわらか素材の耳かけ</li></ul>
「サイズ表示欄」 色表示を追加		

変更箇所	変更前	変更後																																																
<裏面> 「品質表示欄」 対象・色調・素材・ 原産国などの 表示変更  ※ポリオレフィンとは 「ポリエチレン」「ポリ プロピレン」を含む樹 脂の総称	<table border="1"> <tr><td colspan="4">(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示</td></tr> <tr><td>品名</td><td colspan="3">マスク(超立体マスク)</td></tr> <tr><td>対象</td><td>かぜ・花粉・ほこり</td><td>色調</td><td>白</td></tr> <tr><td>素材</td><td colspan="3">本体・フィルタ部(ポリプロピレン・ポリエチレン) 耳かけ部(ポリプロピレン・ポリエステル)</td></tr> <tr><td>包装材の材質</td><td>紙</td><td>枚数</td><td>100枚</td></tr> <tr><td>原産国</td><td colspan="3">日本</td></tr> <tr><td>販売者名</td><td colspan="3">ユニチャーム株式会社 〒108-8575 東京都港区三田3-5-27</td></tr> </table> <p>【お問い合わせ先】  いきいきダイヤル ☎0120-011-529  受付時間(祝日を除く)月曜日～金曜日 9:30～17:00  ホームページアドレス <a href="http://www.unicharm.co.jp/">http://www.unicharm.co.jp/</a></p> 	(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示				品名	マスク(超立体マスク)			対象	かぜ・花粉・ほこり	色調	白	素材	本体・フィルタ部(ポリプロピレン・ポリエチレン) 耳かけ部(ポリプロピレン・ポリエステル)			包装材の材質	紙	枚数	100枚	原産国	日本			販売者名	ユニチャーム株式会社 〒108-8575 東京都港区三田3-5-27			<table border="1"> <tr><td colspan="4">(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示</td></tr> <tr><td>品名</td><td colspan="3">マスク(超立体マスク)</td></tr> <tr><td>素材</td><td colspan="3">本体・フィルタ部(ポリオレフィン) 耳かけ部(ポリオレフィン・ポリエステル)</td></tr> <tr><td>枚数</td><td>100枚</td><td>包装材の材質</td><td>紙</td></tr> <tr><td>販売者名</td><td colspan="3">ユニチャーム株式会社 〒108-8575 東京都港区三田3-5-27</td></tr> </table> <p>JHPIAからの環境情報はこちら▼  <a href="https://www.jhpia.or.jp/about/environ_info/">https://www.jhpia.or.jp/about/environ_info/</a></p> <p>【お問い合わせ先】  いきいきダイヤル ☎0120-011-529  受付時間(祝日を除く)月曜日～金曜日 9:30～17:00  ホームページアドレス <a href="http://www.unicharm.co.jp/">http://www.unicharm.co.jp/</a></p>	(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示				品名	マスク(超立体マスク)			素材	本体・フィルタ部(ポリオレフィン) 耳かけ部(ポリオレフィン・ポリエステル)			枚数	100枚	包装材の材質	紙	販売者名	ユニチャーム株式会社 〒108-8575 東京都港区三田3-5-27		
(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示																																																		
品名	マスク(超立体マスク)																																																	
対象	かぜ・花粉・ほこり	色調	白																																															
素材	本体・フィルタ部(ポリプロピレン・ポリエチレン) 耳かけ部(ポリプロピレン・ポリエステル)																																																	
包装材の材質	紙	枚数	100枚																																															
原産国	日本																																																	
販売者名	ユニチャーム株式会社 〒108-8575 東京都港区三田3-5-27																																																	
(一社)日本衛生材料工業連合会自主基準による表示																																																		
品名	マスク(超立体マスク)																																																	
素材	本体・フィルタ部(ポリオレフィン) 耳かけ部(ポリオレフィン・ポリエステル)																																																	
枚数	100枚	包装材の材質	紙																																															
販売者名	ユニチャーム株式会社 〒108-8575 東京都港区三田3-5-27																																																	
<側面> JIST9001 性能記載 へ変更		<table border="1"> <tr><td colspan="5">日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G12110056 適合番号発行元: JHPIA</td></tr> <tr><td>試験項目</td><td>PFE</td><td>BFE</td><td>VFE</td><td>花粉</td><td>安全衛生</td></tr> <tr><td>規格値</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>・通気性</td></tr> <tr><td>適合判定</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>実測平均値</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>97%</td><td>—</td></tr> </table> <p>花粉：花粉粒子捕集効率  PFE：微小粒子捕集効率  BFE：バクテリア飛まつ捕集効率  VFE：ウイルス飛まつ捕集効率</p> 	日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G12110056 適合番号発行元: JHPIA					試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生	規格値	≧95%	≧95%	≧95%	≧95%	・通気性	適合判定	—	—	—	○	○	実測平均値	—	—	—	97%	—																			
日本産業規格 JIS T 9001 一般用マスク 規格適合番号 G12110056 適合番号発行元: JHPIA																																																		
試験項目	PFE	BFE	VFE	花粉	安全衛生																																													
規格値	≧95%	≧95%	≧95%	≧95%	・通気性																																													
適合判定	—	—	—	○	○																																													
実測平均値	—	—	—	97%	—																																													

※品番、JANコード、販売価格の変更はございません。

## 対象規格

販売名：ソフトーク超立体マスク

非医療機器

品番	型式	JANコード	伝票記載 JANコード (EDI発注用)	梱包単位
47193	フツウ	4903111504152	4987494323715	100枚/箱×24箱/ケース

## 変更時期

次回弊社出荷分より変更となります。

急なご案内となりましたことお詫び申し上げます。

以上