

プラネクタ輸液セット（一部規格）生産工場変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、プラネクタ輸液セット（一部規格）につきまして、生産工場の変更を下記の通りおこないますので、ご案内いたします。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白


記

変更内容

生産工場の変更（国内⇒海外）に伴い、下記変更を実施いたします。

- ・原産国表示 “MADE IN CHINA” を個包装、内箱、外箱に印字
- ・個包装梱包方法、製造ロット及び使用期限印字箇所の変更（JY-NWP321F7E、JY-NWP321P7E のみ）
- ・個包装、内箱、外箱の色調変更
（仕入先の変更に伴い、色の濃淡が若干変更となりますが、品質的な問題はございません）
- ・内箱梱包方法の変更
- ・外箱寸法の変更
- ・JAN コードの変更

変更内容	変更前	変更後
個包装梱包方法 製造ロット、及び 使用期限の 印字箇所 		
		
内箱梱包方法		

変更内容	変更前	変更後
外箱寸法 (mm)		
	長さ 630×幅 455×高さ 370	長さ 635×幅 460×高さ 380

対象規格

販売名：プラネクタ輸液セット 医療機器認証番号：21800BZZ10109000

変更前			変更後
品番	JAN コード	型式	JAN コード
JY-NWP321F7E	4987494085156	DEHPフリー PN×1	4987494362219
JY-NWP321P7E	4987494085170	DEHPフリー PN×1	4987494362226
JY-NP321F5E	4987494315772	DEHPフリー PN×1	4987494362233

変更時期

2024年7月以降、在庫がなくなり次第順次変更見込みとなります。

※在庫状況により流通時期が前後する可能性がございます。また安定供給を最優先に進めておりますため、移行期間において一定期間ロットバグする場合がございますが、あらかじめご了承くださいませよう宜しくお願いいたします。

以上