

## バイポーラペーシング用バルーンカテーテル供給停止に関するご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、バイポーラペーシング用バルーンカテーテルの供給停止につきまして、下記の通りご案内申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 内容／理由

製造販売業者にて製品に使用する原材料の一部が仕入不能となり、代替材料への切替対応に時間を要し、弊社へのバイポーラペーシング用バルーンカテーテルの入荷も大幅に遅延し、お客様への安定供給に支障をきたしております。

#### 対象製品

販売名：バイポーラペーシング用バルーンカテーテル

医療機器承認番号：16300BZY01104000

品番	品名	JANコード
606006	バイポーラペーシング 5F110J	4522281500520
606068	バイポーラペーシング 5F110ST	4522281500537

※代替規格につきましては、別紙「代替規格一覧」をご参照ください。

#### 供給再開時期

未定

※詳細につきましては、弊社営業担当者にお尋ねください。

以上