

## JMS 輸液セット（アイフューザー用）仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。





さて、この度、JMS 輸液セットにつきまして、下記の通り仕様変更のご案内をいたします。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 変更内容

従来品	変更品
	
 <p>個包装</p> <p>内箱</p> <p>外箱</p>	 <p>個包装</p> <p>内箱</p> <p>外箱</p>
<b>変更内容</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エア針一体型瓶針に変更</li> <li>・販売名をアイフューザー輸液セットに変更</li> <li>・個包装、内箱、外箱デザインを変更</li> </ul>	

#### 従来品

販売名称	品目コード	品番	品名	JANコード
JMS輸液セット	016500301	JE-IFP09	IF 11# FL1300 フォルテン	4987494227815

#### 変更品

販売名称	品目コード	品番	品名	JANコード
アイフューザー輸液セット	016800541	JE-IFP8CL	IF E800 FL1300DEHPF	4987494307609

#### 変更時期

在庫がなくなり次第、順次変更になります。

以上