



## JMS シリンジ 100mL 包装および梱包変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度 JMS シリンジ 100 mL 針なし、JMS シリンジ カテーテルフィットにつきまして、下記の通り個包装、内外箱の変更をいたしますのでご案内申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

謹白

記

### 変更内容

- ・個包装の形状、サイズ、及び開封口位置を変更いたします。
  - ・内箱サイズ、上蓋形状、及び内箱への製品の包装方向を変更いたします。
  - ・外箱サイズ、GS1-128 バーコードラベル貼付位置を変更いたします。
- \* 詳細は別紙を参照願います。

### 対象規格

販売名称 JMS シリンジ

電子線滅菌/医療機器届出番号 34B1X00001000056

品番	型式	JANコード	包装単位
JS-S00L	100mLCL ロック	4987494066148	25本×8箱=200本
JS-S00S	100mLSF 横口	4987494066155	25本×8箱=200本

販売名称 JMS シリンジ カテーテルフィット

電子線滅菌/医療機器届出番号 34B1X00001000027

品番	型式	JANコード	包装単位
JS-S00V	100mL カテーテルフィット	4987494262335	25本×8箱=200本

※当変更にとまなう品番・JANコード・価格等の変更はございません。

### 変更時期

変更品の出荷時期につきましては、弊社担当者よりご案内させていただきます。

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601

	変更前	変更後
<p>個包装</p>	<p>横幅 <b>290mm</b> x 高さ <b>115mm</b></p> <p>①開封口</p>  <p>①</p> <p>開封口拡大図</p> 	<p>横幅 <b>300mm</b> x 高さ <b>85mm</b></p>  <p>②開封口 ③開封口</p> <p>②</p> <p>開封口拡大図</p> 
<p>内箱</p>	<p>横幅 <b>280mm</b> x 奥行 <b>220mm</b> x 高さ <b>190mm</b></p> 	<p>横幅 <b>280mm</b> x 奥行 <b>240mm</b> x 高さ <b>190mm</b></p>  <p>上蓋横部分の形状変更</p> 
<p>内箱</p>		<p>製品の梱包方向変更</p> 
<p>外箱</p>	<p>横幅 <b>580mm</b> x 奥行 <b>460mm</b> x 高さ <b>405mm</b></p> 	<p>横幅 <b>580mm</b> x 奥行 <b>500mm</b> x 高さ <b>405mm</b></p>  <p>GS1-128 バーコードラベル位置変更</p>